

南京农业大学实验室与基地处 实验室安全检查通报

2020年第1期（总第21期）

2020年6月4日

为进一步加强我校实验室安全管理，5月下旬，学校组织实验室安全专、兼职督导对全校实验室进行了安全检查。现将检查情况通报如下。

一、总体情况

督导检查的重点是危化品管理、实验室废弃物收集、特种设备使用管理、用电安全等方面，检查发现，由于疫情影响，此次假期较长，学生的安全意识有所松懈，实验室不规范现象有所增加。

本次检查共发现71个安全隐患，对于能够立查立改的隐患，安全督导现场指导整改，对于不能立改的，现场指导并限期整改，督导将在6月检查时，跟踪复查整改情况。“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”，请广大师生务必记于心践于行。

二、存在问题

检查发现安全隐患主要集中在：

1.危化品管理不规范，如管制类危化品未规范存储、无使用台帐等；

2.特种设备使用管理不规范，如气体钢瓶未固定、压力灭菌锅无操作规程或使用台账等；

3.废弃物收集处置不规范：如废液桶不贴标签、不盖盖子等；

4.实验用电管理规范：如接线板直接放置地面使用等；

5.实验场所管理不规范：如实验室饮食、消防通道被堵等。

各学院安全隐患详见下表。

学院安全隐患情况统计表

学院	实验场所安全		基础安全		化学安全		废弃物收集	特种设备与常规冷热设备		总计
	实验室饮食现象	消防通道被堵	接线板串联/置于地面使用	做实验不穿实验服	危化品柜未上锁或未双人双锁	化学试剂储存和使用不规范(含未贴标签)	废弃物收集不规范	压力灭菌锅使用不规范	气体钢瓶管理不规范	
农学院	0	0	0	3	0	0	6	0	0	9
植保院	0	0	0	1	0	0	3	0	0	4
园艺院	0	1	0	1	0	1	1	0	0	4
动医院	0	0	0	2	0	3	8	1	1	15
动科院	0	0	0	1	0	1	8	2	2	14
资环院	0	1	1	2	2	2	2	0	1	11
生科院	2	0	1	0	0	1	8	1	0	13
植物生产中心	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
总计	2	2	2	10	2	9	36	4	4	71

三、部分现场问题照片

1.农学院



理科楼 C804—实验室废弃物堆放在实验室门口楼道里，废液桶、废胶桶未贴危废标签



理科楼 A803—实验室废弃物堆放在楼道里
物



理科楼 A 座 7 楼西侧楼道堆放实验室废弃



理科楼 A 座 5 楼西侧楼道堆放实验室废弃物和废胶桶，
阻挡安全通道，且废胶桶未贴危废标签



理科楼 A523—做实验时未穿实验服



理科楼 A515—做实验时未穿实验服




理科楼 A421—做实验时未穿实验服
物



理科楼 A 座 1 楼西侧楼道堆放实验室废弃物

2. 植保院



理科楼 B609—做实验时未穿实验服
里



理科楼 B226—实验室废弃物堆放在门口楼道
里



理科楼 B222—实验室废弃物堆放在门口楼道里



理科楼 B207—废液桶未贴危废标签

3. 园艺院




生科楼 A6023—对面楼道堆满杂物



生科楼 B6008—实验室门口堆放废弃物



生科楼 B6016—做实验时未穿实验服



生科楼 B6016—可乐瓶盛装试剂，且未作标记

4. 动医院



逸夫楼 5010—废液桶未贴危废标签



逸夫楼 5008—废胶桶未贴危废标签，且敞口放置



逸夫楼 4004—废液桶未贴危废标签



逸夫楼 4012—废液桶未贴危废标签



逸夫楼 4059—做实验时未穿实验服



逸夫楼 4059—用矿泉水瓶装消毒酒精，且未标记



逸夫楼4012

逸夫楼 4012—做实验时未穿实验服



逸夫楼2018

逸夫楼 2018—灭菌锅无使用记录



逸夫楼4009

逸夫楼 4009—废液桶未贴危废标签



逸夫楼3004

逸夫楼 3004—管制类试剂混放
重铬酸钾属于易制爆的，盐酸是易制毒的，
且检查时学生找不到台账



逸夫楼2023

逸夫楼 2023—实验室废弃物放在外面



逸夫楼2020

逸夫楼 2020—气瓶未固定



教学楼 B428—管制类危化品台账记录不规范（普通试剂也在易制爆台账上登记，易制毒台账上看不到出库后的剩余量），废胶桶用来放废液且危废标签不规范



教学楼 B418—未使用黄色实验室废弃物专用垃圾袋

5. 动科院



逸夫楼 3078—废液桶、废胶桶未贴危废标签



逸夫楼 3074—废液桶、废胶桶未贴危废标签，废液桶未盖盖子



逸夫楼 3076—气瓶未固定



逸夫楼 3076—未使用黄色实验室废弃物专用垃圾袋




逸夫楼 3066—灭菌锅无使用记录



逸夫楼 3050—用垃圾袋和垃圾桶装废液



逸夫楼 2042—废液桶、废胶桶未贴危废标签



逸夫楼 2039—实验用矿泉水未作任何标记



逸夫楼 2039—做实验时未穿实验服



逸夫楼 2039—废液桶、废胶桶未贴危废标签，
废液桶无盖子



逸夫楼 2042—气瓶未固定



逸夫楼 1034—灭菌锅无操作规程和使用记录



逸夫楼 1033—废液桶、废胶桶未贴危废标签



教学楼 B314—废胶桶未贴危废标签

6. 资环院



资环楼 A705—做实验时未穿实验服



资环楼 A619—门口堆放杂物，堵塞消防通道



资环楼 A617—废液桶未贴危废标签



资环楼 B502—通风橱摆放溶液且未贴标签



资环楼 B411—垃圾桶里有金属针头，未分开处理




资环楼 B411—做实验时未穿实验服



资环楼 B401—危化品柜未上锁



资环楼 B401—危化品柜未上锁



资环楼 A313—管制类试剂三氯甲烷未放入危化品柜



资环楼 A214—插线板放置于地面使用



资环楼 B405—气体钢瓶未固定

7. 生科院



生科楼 C1003、C1004—实验室废弃物堆放在走廊



生科楼 C1003—实验垃圾桶放在实验室外



生科楼 C2024—废胶桶未贴危废标签



生科楼 C2024—实验室内有饮食迹象



生科楼 C3011—废胶桶未贴危废标签



生科楼 C3011—未使用黄色实验室废弃物专用垃圾袋



生科楼 C4011—放实验样品的橱柜一直放在公共楼梯口，且无上锁



生科楼 C4004—废胶桶未贴危废标签



生科楼生 C5012—实验室内有饮食迹象



生科楼 C5018—灭菌锅无使用记录



生科楼 C6016—实验室门口仪器用的接线板直接放置地面使用



生科楼 C6019—实验室废弃物堆放在走廊



生科楼 C7004—废胶桶放走廊

8. 植物生产中心



生科楼 A2014—试剂瓶未贴标签

针对检查中发现的各类安全隐患，请相关单位、实验室认真对照各项要求进行整改，学校将保持跟踪复查。

特此通报。

实验室与基地处
2020年6月4日